
Advance® 14LP

LOW-PROFILE PTA BALLOON DILATATION CATHETER

本品は、経皮的血管形成術（PTA）における狭窄性血管の拡張に用います。（対象血管は電子化された添付文書をご確認ください。）



品番説明

PTAX4-14-170-2-2

- 2 = バルーン長 (cm)
- 2 = 拡張バルーン径 (mm)
- 170 = カテーテル有効長 (165cm) ＋ストレインリリーフ部 (5cm)
- 14 = 適合ガイドワイヤ (.0XX inch)
- 4 = 適合シース (Fr)

製品名：Advance LP PTA バルーンカテーテル
販売名：Advance　LP　PTAバルーン拡張式カテーテル
承認番号：22500BZX00076000

製品名：Advance LP2 PTA バルーンカテーテル **
販売名：Advance　LP2　PTAバルーン拡張式カテーテル **
承認番号：22700BZX00184000**

グローバル製品番号	カタログ番号	拡張バルーン径 mm	バルーン長 cm	適合シース Fr	推奨拡張圧 atm	定格破裂圧 (RBP) atm
G50313	PTAX4-14-170-2-2	2	2	4	8	16
G50314	PTAX4-14-170-2-4		4			
G50317	PTAX4-14-170-2-12		12			
G50319	PTAX4-14-170-2-20**		20			
G50320	PTAX4-14-170-2.5-2	2.5	2			
G50321	PTAX4-14-170-2.5-4		4			
G50324	PTAX4-14-170-2.5-12		12			
G50326	PTAX4-14-170-2.5-20**		20			
G50327	PTAX4-14-170-3-2	3	2			
G50328	PTAX4-14-170-3-4		4			
G50331	PTAX4-14-170-3-12		12			
G50333	PTAX4-14-170-3-20**		20			
G50334	PTAX4-14-170-4-2	4	2			
G50335	PTAX4-14-170-4-4		4			
G50338	PTAX4-14-170-4-12		12			

0.014 inch径のガイドワイヤに適合

製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
TEL：0120-289-902
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service
Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

© COOK 03/2026　PI-D63560-JA-F-PMO